

Indragning av Fiasp® förfylld injektionspenna med batchnummer HP50745 och HP51021 från apotek

Viktig information till apotek som innehar Fiasp® förfylld injektionspenna med batchnummer HP50745 och/eller HP51021

Till apoteket,

Novo Nordisk A/S genomför en indragning av Fiasp® förfylld injektionspenna med batchnummer HP50745 och HP51021.

Fiasp® förfylld injektionspenna innehåller insulin och används vid behandling av personer med diabetes.

Indragningen genomförs eftersom vissa injektionspennor av Fiasp® från batchnummer HP50745 och HP51021 kan innehålla partiklar.

För att skydda patienternas säkerhet, återkallar Novo Nordisk berörda batcher från distributörer och apotek i Sverige.

En bild av Fiasp® förfylld injektionspenna i sin förpackning samt injektionspennan visas nedan (se Bild 1):



Bild 1 Bild av Fiasp® förfylld injektionspenna


Beskrivning av påverkade batcher

Aktuella batchnummer av Fiasp® förfylld injektionspenna som återkallas:

Batchnummer: HP50745
Utgångsdatum: 11/2019

Batchnummer: HP51021
Utgångsdatum: 11/2019

Batchnummer återfinns på kartongen och på injektionspennan, se röda rutor nedan (Bild 2).




Utgångsdatum och batchnummer



Utgångsdatum och batchnummer

A)



Utgångsdatum och batchnummer

B)

Bild 2 A) Kartong av Fiasp® förfylld injektionspenna där batchnumret återfinns i den röda rutan. B)Etikett på Fiasp® förfylld injektionspenna där batchnumret återfinns i den röda rutan.

Vad som ska göras om ni har Fiasp® förfylld injektionspenna med batchnummer HP50745 och/eller HP51021 i lager:

- Fiasp® förfylld injektionspenna med batchnummer HP50745 och HP51021 ska inte säljas eller lämnas ut.
- Returnera injektionspennor med ovanstående batchnummer till Tamro AB och beställ nya injektionspennor från Tamro AB.

Vad som ska göras när patienter kommer in med en Fiasp® förfylld injektionspenna med batchnummer HP50745 och/eller HP51021:

- Om patienten upplevt symtom på för högt blodsocker eller reaktioner på administreringsstället ska de kontakta läkare för rådgivning. Patient ska reklamera sin injektionspenna hos apotek. Läkare eller patient kan dessutom rapportera biverkningar eller reklamationer till Novo Nordisk kundtjänst, tel. 020-98 18 10.

Information angående utleverans från Tamro AB

- Utleverans från Tamro för batch HP50745 startade 2018-03-08
- Utleverans från Tamro för batch HP51021 startade 2018-04-03

Om du har några frågor eller funderingar, kontakta Novo Nordisk kundtjänst, tel. 020-98 18 10.

Patientsäkerheten är av yttersta vikt för Novo Nordisk. Vi strävar efter att tillverka och distribuera produkter av högsta kvalitet. Vi ber om ursäkt för den olyckliga situation som uppstått, de bekymmer och besvär detta kan ha orsakat.

Ytterligare information

Kontakta kundtjänst: 020-98 18 10

Vill du kontakta oss skriftligt, använd då kontaktformulär på www.novonordisk.se